

SzP/Dn/ 4394/2025

Warszawa, 12 września 2025 r.

W odpowiedzi na pytania zadane przez oferenta w dniu 9 września 2025 dotyczące ogłoszenia konkursu nr XXIV/2025/TELERTG Szpital wyjaśnia:

1. Udzielający zamówienie zgadza się na złożenie oferty w postaci zaszyfrowanej korespondencji elektronicznej przesłanej na adres poczty sekretariat@szpitalpraski.pl – w terminie wskazanym w ogłoszeniu, jednocześnie wnosząc o przekazanie przez Oferenta hasła do otwarcia plików na ten sam adres mailowy w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako data i godzina otwarcia kopert, tj. 16 września 2025 roku o godzinie 14:30.
2. W odpowiedzi na 2 pytania zawarte w punkcie 2 Udzielający zamówienia odpowiada:
 - a. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na skrócenie okresu obowiązywania umowy.
 - b. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na propozycję Oferenta wprowadzenia do umowy mechanizmu automatycznego podnoszenia cen bazowych każdego roku o 15%.
 - c. Jednocześnie udzielający zamówienie zwraca uwagę, iż w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWKO) przedmiot pytania reguluje § 8 pkt. 7:
„7. Przyjmujący Zamówienie ma prawo podwyższyć cenę usług z § 8 pkt 1 maksymalnie o 5% ceny bazowej w każdym kolejnym roku realizacji usług, przy czym podwyżka ceny wymaga uprzedniego pisemnego uzasadnienia Przyjmującego Zamówienie oraz akceptacji Udzielającego Zamówienia”.
 - d. Udzielający zamówienia w celu obiektywizacji mechanizmu waloryzacji cen świadczeń w okresie obowiązywania umowy proponuje zmianę brzmienia §8 pkt. 7 projektu umowy na następujące brzmienie:
„7. Strony postanawiają, iż ceny usług wskazane w § 8 pkt 1 będą waloryzowane

dorocznie (z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego począwszy od 1 stycznia 2026 roku) na kolejne okresy lat kalendarzowych obowiązywania umowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wydanego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674), ale nie więcej niż o 5%”

3. Tak, Zamawiający wdrożył protokół HL7.
4. Zamawiający podtrzymuje oczekiwania wdrożenia integracji systemów wraz z systemem kontroli kompletności danych zdefiniowanych w §1 pkt. 14 i 15 projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWKO, tj. w sposób zapewniający spójną, bezpieczną i płynną wymianę danych medycznych, dokumentacji pacjentów oraz operacji administracyjnych (wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu obsługi opisów), który umożliwia płynne i zautomatyzowane (tzn. bez lub przy minimalnym udziale pracy personelu Udzielającego zamówienie) przesyłanie danych pozyskanych z urządzeń radiologicznych (na które składają się obrazy oraz szczegółowe metadane, takie jak dane pacjenta, typ badania, parametry techniczne aparatu zawarte w plikach typu DICOM) oraz odbiór wydanych wyników badania diagnostycznego podpisanych przez uprawnione osoby, w formacie zgodnym ze standardem HL7 CDA oraz przepływ informacji dotyczących przebiegu obsługi zleconych opisów badań.
5. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wydłużenie czasu opisu badania w kategorii „pilne” z 24 do 48 godzin.
6. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wydłużenie czasu opisu badań w kategorii „cito-cito” z 60 do 120 minut.
7. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę wzorca oferty tj. zwolnienie oferentów z przedłożenia listy lekarzy, których Oferent zamierza skierować do udzielania świadczeń na rzecz Zamawiającego.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z Formularza Oferty (stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO) oświadczenia oferenta o treści „Oświadczam, że kwota wskazana w formularzu cenowym obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia (tj. koszty badań profilaktycznych,

koszty dojazdu, koszty przeszkolenia, w szczególności w zakresie bhp i ppoż., koszty ubioru zgodnie z wymogami prawa i zasadami obowiązującymi u Zamawiającego).” Zdaniem zamawiającego cytowane oświadczenie Oferenta stanowi potwierdzenie, iż wartość cenowa oferty jest ostateczna a w trakcie trwania umowy nie pojawią się dodatkowe koszty, które Oferent będzie przenieść na Zamawiającego.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wskazanego w SWKO okresu wypowiedzenia umowy.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §11 projektu umowy w proponowanym brzmieniu.

Jednocześnie, mając na względzie czas niezbędny do dostosowania ofert wobec udzielonych odpowiedzi Zamawiający postanawia zmienić termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu z 16 września 2025 roku na 18 września 2025 r. godz. 14:00, informując jednocześnie, iż termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na 18 września 2025 godz. 14:30.

PREZES ZARZĄDU
Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

dr Andrzej Golimont

PROKURENT
Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

izabela Dura

DYREKTOR d/s MEDYCZNYCH
Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
dr n. med. Igor Radziejewicz-Winnicki
specjalista zdrowia publicznego
specjalista pediatrii
NIPWZ 1545056

